



شماره: ۶۶۵/۳۳۰۱۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
پیوست: دارد
مهار تورم، رشد تولید

مدیر عامل محترم شرکت کی بی سی

موضوع: *** پاسخ منفی آزمون داروی فوریتی ویال دانترولن ۲۰ - کی بی سی

با سلام و احترام؛

با توجه به جوابیه مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو به شماره پیگیری ۱۱۷۶۳۵۰ مورخه ۱۴۰۲/۴/۱۷ DANTROLENE SODIUM INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 20 mg ساخت کمپانی ADIT LIFESCIENCES به شماره سری ساخت GL16_ به شرح پیوست- که به صورت فوریتی توسط آن شرکت وارد شده است **غیر قابل قبول** می باشد. ضروری است از توزیع همه بچ های داروی فوق مندرج در پیوست نامه به شماره ثبتی ۳۵۰/۹۰۶۷۰ به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ممانعت گردد.

همچنین با آزمایشگاه هایی که فاکتور هزینه خدمات انجام گرفته توسط آنها پیوست می باشد، با هماهنگی امور مالی سازمان غذا و دارو تسویه حساب صورت پذیرد.

دکتر محمد پیکان پور
مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل

رونوشت:

جناب آقای مهندس کاظمی سرپرست محترم دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت: جهت توقف در irc:5217741536898962
جناب آقای دکتر هیراد معاون محترم برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل
سرکار خانم دکتر باشکوه رئیس محترم اداره بازرسی فنی
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
مدیرعامل محترم شرکت های پخش سراسری توزیع دارو



ساختمان مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰
تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۶۶۴۰۵۵۷۱ کدپستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ info@fda.gov.ir https://fda.gov.ir
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۲۰۰۰۰ کدپستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳